

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Secretaria de Saúde do Município de Martinópolis – CE, na qualidade de Ordenador de Despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII do art. 4º, da Lei nº. 10.520/2002 e, considerando haver a Comissão de Pregões cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/CE**, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante do Anexo I do Edital, através de Pregão Presencial, vem **HOMOLOGAR**, o presente processo administrativo de licitação (no que compete a esta Unidade Gestora), na modalidade PREGÃO nº.11.001/2020 - PP, de Martinópolis-CE, 05 de fevereiro de 2020., em favor do vencedor, de acordo com os termos do processo, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

**Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor do seguinte licitante, conforme Ata do Pregão, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.**

**DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**, com sede a AV. BRASILIA, Nº 506 –BAIRRO: BRASILIA- URUOCA - Ceará, CEP: 62460-000, inscrito no CNPJ Nº 21.830.581/0001-69.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMO DE 21 LITROS.	UND	03	crstofoli	R\$8.900,00	R\$26.700,00
02	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - CAPACIDADE MÍNIMO DE 60 LITROS, POTÊNCIA 2,0 HP.	UND	02	schuster	R\$10.750	R\$21.500,00
03	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – INDICADA PARA REMOÇÃO DE CÁRIES, REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES E À ODONTOSECÇÃO, COMO AUXÍLIO NA EXTRAÇÃO DE DENTES. CARACTERÍSTICAS: *Spray triplo - *Corpo em alumínio, mais leve - * Rolamento metálico - * Pressão de trabalho de 32 a 36lb/po <sup>2</sup> - * Cabeça com 12mm de diâmetro - * Encaixe Borden (2 furos) ou Midwest (4 furos) - * Sistema de encaixe de brocas Push Button - * Alto torque * Modelo obedece ao padrão da norma ISO7785-1 para desempenho de torque e nível de ruído - * Autoclavável a 135° C.	UND	05	schuster	R\$1150,00	R\$5.750,00
04	CONTRA ÂNGULO – INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES. CABEÇA ARREDONDADA DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA DA PEÇA DE MÃO, REDUZINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. COMPACTO, POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES.	UND	05	schuster	R\$1.240,00	R\$6.200,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE

**Martinópolis**

Um novo tempo, uma nova história.



	CARACTERÍSTICAS: Transmissão: 1:1 - Rotação máxima: 20.000 rpm - Sistema de encaixe: Intra giratório - Sistema de Fixação da broca: Push Button - Tipo de broca: FG Standard, haste tipo I - Esterilização: Autoclavável até 135°C - Peso líquido inferior a 50g					
05	<b>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS</b> - tipo led, sem fio com radiômetro.	UND	05	microdent	R\$1.210,00	R\$6.050,00
06	<b>MICRO MOTOR</b> - INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE. CARACTERÍSTICAS: * Sem refrigeração - * Corpo do micromotor possui design arrojado com linhas arredondadas - * Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado - * Pressão de trabalho: Máxima 275,79 kpa = 40 psi = 2,75 bar - * Consumo de ar: 54 l/min - * Rotação: De 5.000 à 20.000 rpm - * Terminal de encaixe: Tipo Borden (02 furos) - * Acoplamento: Através de sistema INTRA para peça reta ou contra-ângulo. * Autoclavável a até 135C - * Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação - * Possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor - * Alto Torque - * Baixo Ruído de Trabalho.	UND	05	schuster	R\$1.390,00	R\$6.950,00

**VALOR GLOBAL: R\$ 73.150,00** (setenta e três mil, cento e cinquenta reais).

Martinópolis-CE, 02 de março de 2020.



**FRANCISCO FÁBIO FERREIRA FROTA**  
Ordenador de Despesas da Secretaria de saúde